



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

使用操作和維護保養

自動感應離子風蛇是一種坐立式消除靜電的專用設備。使用壓縮器系列的除靜電產品的一種紅外線自動感應除靜電設備。可手動將蛇管變形使風嘴指向目標方位，讓離子氣流直接吹向目標表面。外置高壓發生器與機身合為一體方便移動放於各種工作區域。使用紅外線感應裝置，當物體靠近紅外線裝置時，風嘴吹風，物體離開裝置時，風嘴不吹風。紅外線裝置距離可調。(距離 100—300MM)。氣流控制器(節流閥)控制氣流大小。

技術參數

操作电压:	AC 220V/50Hz或110V/60Hz
消耗电流:	≤350uA
操作温度:	32°F(0°C)~122°F(50°C)
外置高压发生器电压:	4. 0KV
重量:	2. 6Kg
压缩空气压力:	40-70psi
气流速度:	10m/sec
除静电测试结果:	

测试条件				
测试电压: 5KV~500V 操作电压: 220V / 110V 环境温度: 22°C				
距离		30mm	90mm	150mm
中和时间	正	0.4S	0.9S	1.5S
	负	0.3S	1.0S	1.6S
残余电压	正	-25V	+24V	+38V
	负	-30V	-25V	-22V

- * 静电消除时间符合 ESD 标准，静电消除时间是从测试电压为5000v~500v测得。
- * 测试仪器使用 ME268A 静电综合测试仪。
- * 测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。