

# 校正証明書

校正の結果、本品に使用のK熱電対は下記の仕様を満たしており、合格と判定いたします。

## ● 仕様

許容差 ±2.5℃または、測定温度の0.75%  
(JIS-C-1602K クラス2 (旧0.75級)相当)

## ● 校正

試験年月日 2019年 11月 22日  
校正機関 日本電気計器検定所  
校正証明書番号 111-192725-100

## ● トレーサビリティ体系



白光株式会社  
大阪市浪速区塩草2-4-5  
TEL : 06-6561-1574  
FAX : 06-6568-0821  
以上

校正証明書の写しを希望の際は、下に必要事項をご記入の上、本書面をFAXにてお送りください。通常、お申込み到着の翌々営業日までに、郵便にて発送いたします。

|       |   |
|-------|---|
| ご使用機種 | <input type="checkbox"/> 191 <input type="checkbox"/> 192 <input type="checkbox"/> FG-100 <input type="checkbox"/> FG-101 <input type="checkbox"/> FG-102 |
| 貴社名   |   |
| ご担当部署 |   |
| ご担当者  |   |
| ご住所   |   |
| ご連絡先  | TEL ( ) FAX ( )   |

111-192725-100