

HIOKI-3453 數位式高阻計

3453數位式高阻計

日本通產省評定最佳設計產品

高效率的絕緣測試器

- 具有四個檔位，多樣化的量測選擇
- 高精度數位式顯示
- 條圖及聲音指示輔助量測
- 可記憶20點資料
- 可量測各式不同的阻抗
- 具量測交流電壓及低電阻(一般)功能



共同規格：

放電功能：有

顯示：數位/4000 dgt. LCD

條圖/42 seg.含背光功能

功能：絕緣阻抗模式：比較、記憶(20點)、量測鎖鎖止、自動放電、條圖顯示、(量測開關ON：絕緣阻抗，量測開關OFF：電壓交替量測端子)、量測開始後1分鐘自動顯示量測值、所量測模式：活線警告、電池量指示、自動關機

取樣率：2次/每秒

電源供應：R6P(AA)×4或LR6(AA)×4

體積重量：155W×98H×80Dmm

500g

附件：9294測試棒(1)、面板蓋及背帶(1)

選購品

9288斷電器探棒

9293接地測試棒



測試電壓	125V DC	250V DC	500V DC	1000V DC
量測檔位	4.000 MΩ或 40.00 MΩ	4.000/40.00/400.0/2000 MΩ (1000V 模式時 +4000 MΩ檔位)		
第一段有效量測範圍及容許誤差	在 0.100 MΩ至 10.00 MΩ ±2% rdg. ±3 dgt.	在 0.200 MΩ至 20.00 MΩ ±2% rdg. ±3 dgt.	在 0.200 MΩ至 50.00 MΩ ±2% rdg. ±3 dgt.	在 0.200 MΩ至 999 MΩ ±2% rdg. ±3 dgt.
第二段有效量測範圍及容許誤差	在 10.01 MΩ至 40.00 MΩ ±5% rdg.	在 20.01 MΩ至 200.0 MΩ ±5% rdg.	在 50.01 MΩ至 200.0 MΩ ±5% rdg.	在 0 MΩ至 0.199 MΩ ±5% rdg. ±15 dgt. 在 1000 MΩ至 4000 MΩ ±5% rdg.
無載電壓	0 到 1.2 次比例測試電壓			
最小量測值 (維持率電壓阻值)	0.125 MΩ	0.250 MΩ	0.500 MΩ	2.000 MΩ
短路量測電流	最大 1.2mA			最大 0.6mA
響應時間	無限大至中心，在 5 秒之內無限大至 0 MΩ(在正確檔位之內)			
低阻抗(導電率)	在 0 MΩ至 400.0 MΩ ±2% rdg. ±8 dgt.(警報指示：30Ω)，開路端電壓：最大 4V			
交流電壓有效量測範圍及容許誤差	0 到 600V(50/60Hz) ±3% rdg. ±8 dgt. 輸入阻抗：170kΩ			

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力電子(上海) 86-21-54151736

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)