

酸鹼度、氧化還原、溫度測試計

MODEL TES-1380

- 同時顯示 pH 和溫度值或電壓和溫度值
- 附 RS-232 電腦介面 (雙向) 及軟體
- 自動 / 手動 pH 和溫度校正
- 自動 / 手動溫度補償
- 反應快速和高準確度
- 完整 pH 錶功能
- 單一記錄: 99 組資料 (可直接從 LCD 記錄和讀出, 也可從電腦記錄資料)
- 連續記錄: 99 組資料, 最多可記錄 4500 筆資料 (附萬年曆)



TES-1380

特性:

電路	單晶片微處理器電路
顯示	大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm
測量範圍	pH : 0 到 14 pH mV : 0 到 1999mV 溫度 : 0 到 100°C , 32 到 200°F
輸入阻抗	約1012 歐姆
溫度補償校正	手動校正 : 0 到 100°C 自動校正 : 0 到 100°C
pH校正	校正pH 4和pH 7兩點刻度

資料鎖住	讀值穩定時自動鎖住資料功能
資料記錄	單一記錄筆數：99組 連續記錄筆數：99組，最大4500筆/每一組
自動關機	10分鐘後自動關機
過載指示	指示 "-- -- -- -- "
pH電極接頭和溫度接頭	pH電極連接BNC接頭，溫度連接耳機接頭
操作溫度	0°C 到 50°C (32°F 到 122°F)
操作濕度	80% RH以下
取樣率	約1.5秒
電源	S-006P 9V 6F22一只
電池壽命	約50小時
附件	包裝盒、攜帶盒、說明書、電池、軟體 9腳轉25腳轉換器、RS-232轉換器
附件 (選購)	pH4和pH7標準緩衝液、pH電極、溫度棒

電氣規格：(23 +/- 5°C & 45%RH - 75%RH)

量測	範圍	解析度	精確度
PH	0 到14pH	0.001pH	± 0.002pH
mV	0-600m 601- 1999m	0.1mV	±0.05%1dag ±0.1%
Temp (°C)	0到100°C	0.1°C	0.5°C
Temp (°F)	32到200°F	0.1°F	0.9°F

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)